

お客様各位

レルテック医療器株式会社
〒762-0025 香川県坂出市川津町 3795-1
TEL(0877)45-5333 FAX(0877)45-1881

電位治療器・電子供給器搭載「高圧発生器」改良のご案内

拝啓 平素より弊社をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

このたび弊社では、電位治療器および電子供給器に搭載している高圧発生器の改良を行い、「印加電圧値（人体に印加される電圧）」を大幅に向上させることに成功いたしました。

今回の改良により、従来の高圧発生器で生じていた「印加電圧値と出力電圧値（機器単体での出力電圧）との差」がほぼ解消されました。

さらに運転時の電圧・電流を、弊社がこれまでの研究において推定してきた最適範囲へより近づけることが可能となりました。

改良した高圧発生器は、電位治療器 MD21 および電子供給器 HD21・HD11 に搭載し、2026年8月初旬より出荷を開始する予定です。

また、現在電位治療器 MD21・MD11 および電子供給器 HD21・HD11 をご使用中のお客様を対象に、改良型高圧発生器仕様へのアップグレードを実施いたします。

詳細は下記のとおりご案内申し上げます。

敬具

記

【電位治療器 MD21・MD11 および電子供給器 HD21・HD11 をすでにお持ちのお客様へ】 アップグレードについて

(1) 内容

【本体】お客様がお持ちの MD21/MD11/HD21/HD11 に搭載されている高圧発生器を改良型高圧発生器へ交換いたします。

（交換に伴い製品製造番号が変更となりますが、製品本体保証の新規付与はありません。）

(2) 費用の内訳

- ・作業料
- ・改良型高圧発生器代
- ・交換が必要な極板代（※点検時に確認のうえ決定いたします）

※往復送料（お客様⇄弊社）はお客様のご負担となります。

※点検の結果、修理が必要と判断された場合は、別途部品代等が発生する場合がございます。

アップグレードのお申し込みについては、製品ご購入時の販売店または弊社までお問い合わせください。

以上